Monitor de constantes vitales Propaq® LT
Guía rápida

Neonato — **Desde el nacimiento hasta los 28 días de edad o edad gestacional de 44 semanas**
Pediátrico — **De 29 días a 12 años de edad**
Adulto — **de 13 o más años de edad**


WelchAllyn
Propaq LT
Encendido/Apagado de la alimentación
Silenc./Restabl. de la alarma
Formato de visualización
Acción basada en lo que aparece resaltado
Mover a la Izquierda/Derecha lo resaltado; Aum./Reduc. el valor de configuración
Mover hacia Arriba/Abajo lo resaltado
Iniciar/Parar PSNI
Instantánea: Registra 21 segundos de datos

Cambiar límites de alarma (FC/P, PSNI, SpO_2, Resp) — **(seleccionar) (seleccionar parámetro) (cambiar límites)**

Cambiar tono de alarma (Bajo, Medio, Alto) — **(SpO2) Config. Alarmas - Tono de alarma (seleccionar)**

Silenc./Restabl. tono de alarma

Suspender tonos de alarma — **(FC/min) Config. Alarmas - Suspender alarmas audibles (seleccionar)**

Cambiar parámetros (constante vital) (FC/P, PSNI, SpO_2, Resp) — **(seleccionar) (parámetro)**

Cambiar modo de paciente (Adulto, Pediátrico, Neonatal) — **Adulto (seleccionar)**

Cambiar derivación (I, II, III, ...) — **II (seleccionar)**

Definir modo PSNI (Auto, Manual, Turbo) — **PSNI mmHg modo PSNI (seleccionar)**

Cambiar configuración del monitor (Alarmas, ECG, PSNI, ...) — **(PSNI) Config. (seleccionar) (definir valores)**

Cambiar hora/fecha (hora, minuto, mes, ...) — **xx:xx:xx (seleccionar) (cambiar)**

Ver tendencias — **(PSNI) Tendencias**

Ver instantáneas — **(FC/min) Instantáneas**

Welch Allyn · Beaverton, Oregon USA
©2005 · Impreso en EE.UU · N/P: 810-1815-00 Rev. A 12/05

800 289 2500
503 530 7500

WelchAllyn®